



HELAGO-CZ, s.r.o.
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 17879
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové 3
IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961
Tel: 495 220 229, 495 220 394
GSM brána: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
Web: http://www.helago-cz.cz

HI774P - Kalibrační roztoky pro pH metry

Objednací kód: **5001.HI774P**



Cena bez DPH	124,00 Kč
Cena s DPH	150,04 Kč

Parametry

Ekologie - filtr	Digitální přístroje
Množstevní jednotka	ks

2 sáčky obsahující 20 ml tlumicího roztoku kalium-hydrogenftalátu s pH 4,01 a pH 7,01. Kalibrační teplota 25 °C.