



HELAGO-CZ, s.r.o.
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 17879
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové 3
IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961
Tel: 495 220 229, 495 220 394
GSM brána: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
Web: <http://www.helago-cz.cz>

Miele koš E 136
Objednací kód: **1201.MIE69513601**



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Množstevní jednotka

ks

- Vhodné pro 56 Petriho misky s Ø 100 mm
- Vybaveno 56 držáky, výška 70 mm, rozteč cca 26 mm
- Použitelné ve spodním koši

Podrobnosti o výrobku - E 136

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkoprostorové mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje/příslušenství	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Produktová kategorie	
Nástavec/modul pro Petriho misky	•
Produktové vlastnosti	
Vzdálenost mezi příčkami v mm	26
Výška příček v mm	70
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Kapacita	
Petriho misky [počet]	56
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška v mm	485
Vnější rozměry, šířka v mm	145
Vnější rozměry, hloubka v mm	445
Hmotnost netto v kg	2,100