



HELAGO-CZ, s.r.o.
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 17879
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové 3
IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961
Tel: 495 220 229, 495 220 394
GSM brána: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
Web: <http://www.helago-cz.cz>

Miele koš E 136
Objednací kód: **1201.MIE69513601**



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Množstevní jednotka

ks

- Detailní popis
- Vhodné pro 56 Petriho misky s Ø 100 mm
- Vybaveno 56 držáky, výška 70 mm, rozteč cca 26 mm
- Použitelné ve spodním koši

Podrobnosti o výrobku - E 136

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkoprostorové mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje/příslušenství	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Produktová kategorie	
Nástavec/modul pro Petriho misky	•
Produktové vlastnosti	
Vzdálenost mezi příčkami v mm	26
Výška příček v mm	70
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Kapacita	
Petriho misky [počet]	56
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška v mm	485
Vnější rozměry, šířka v mm	145
Vnější rozměry, hloubka v mm	445
Hmotnost netto v kg	2,100

Chcete stránku vytisknout?

Skrýt před tiskem nějaké části stránky.



Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.



Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)

Úprava stránky před tiskem

Najedte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.



Vytisknout!  Zobrazit vše