



HELAGO-CZ, s.r.o.

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové

oddíl C, vložka 17879

Kladská 1082

500 03 Hradec Králové 3

IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961

Tel: 495 220 229, 495 220 394

GSM brána: 602 123 096

E-mail: info@helago-cz.cz

Web: <http://www.helago-cz.cz>

Miele koš O 175 - Horní koš

Objednací kód: **1201.MIE69117501**



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Množstevní jednotka

ks

- Vhodné pro uložení úzkohrdlého a laboratorního skla
- Osazovací výška: 170 mm¹
- Vybaveno přípojkou pro horkovzdušné sušení
- Dávkování práškových prostředků není možné

Podrobnosti o výrobku - O 175

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje/příslušenství	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktová kategorie	
Nástavec/modul pro úzkohrdlé sklo	•
Horní koš	•
Produktové vlastnosti	
Maximální výška osazení v mm	170
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Kapacita	
Úzkohrdlé sklo [počet]	33
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška v mm	412
Vnější rozměry, šířka v mm	475
Vnější rozměry, hloubka v mm	531
Hmotnost netto v kg	6,300
Dodávané příslušenství	
E 351 injektorová tryska Ø 4 mm, délka 160 mm [počet]	33
E 353 aretace pro injektorovou trysku E 351 [počet]	33