



HELAGO-CZ, s.r.o.

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové

oddíl C, vložka 17879

Kladská 1082

500 03 Hradec Králové 3

IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961

Tel: 495 220 229, 495 220 394

GSM brána: 602 123 096

E-mail: [info@helago-cz.cz](mailto:info@helago-cz.cz)

Web: <http://www.helago-cz.cz>

---

**Miele Nástavec E 137**  
Objednací kód: **1201.MIE69513701**



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Množstevní jednotka

ks

- Vhodné pro 56 Petriho misky s Ø 100 mm
- Vybaveno 56 držáky, výška 70 mm, rozteč cca 26 mm
- Použitelné ve spodním koši

## Podrobnosti o výrobku - E 137

| Produktové zařazení                    |       |
|--|-------|
| Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř | •     |
| Zařazení přístroje/příslušenství       |       |
| PG 8535                                | •     |
| PG 8536                                | •     |
| PG 8583                                | •     |
| PG 8583 CD                             | •     |
| PG 8593                                | •     |
| Produktová kategorie                   |       |
| Nástavec/modul pro Petriho misky       | •     |
| Produktové vlastnosti                  |       |
| Vzdálenost mezi příčkami v mm          | 26    |
| Výška příček v mm                      | 70    |
| Oblasti použití                        |       |
| Příprava laboratorního skla            | •     |
| Kapacita                               |       |
| Petriho misky [počet]                  | 56    |
| Rozměry a hmotnost                     |       |
| Vnější rozměr, výška v mm              | 485   |
| Vnější rozměry, šířka v mm             | 445   |
| Vnější rozměry, hloubka v mm           | 95    |
| Hmotnost netto v kg                    | 2,100 |