



HELAGO-CZ, s.r.o.

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové

oddíl C, vložka 17879

Kladská 1082

500 03 Hradec Králové 3

IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961

Tel: 495 220 229, 495 220 394

GSM brána: 602 123 096

E-mail: [info@helago-cz.cz](mailto:info@helago-cz.cz)

Web: <http://www.helago-cz.cz>

---

**Miele Vozík E 329**

Objednací kód: **1201.MIE69532901**



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Množstevní jednotka

ks

Vybaveno 39 injektorovými tryskami

## Podrobnosti o výrobku - E 329

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje/příslušenství	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktová kategorie	
Vozík pro úzkohrdlé sklo	•
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Kapacita	
Úzkohrdlé sklo [počet]	39
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška v mm	502
Vnější rozměry, šířka v mm	535
Vnější rozměry, hloubka v mm	517
Hmotnost netto v kg	5,500
Dodávané příslušenství	
ID 90, injektorová tryska Ø 2,5 mm, délka 90 mm [počet]	4
ID 110, injektorová tryska Ø 2,5 mm, délka 110 mm [počet]	5
ID 140, injektorová tryska Ø 4 mm, délka 140 mm [počet]	5
ID 160, injektorová tryska Ø 4 mm, délka 160 mm [počet]	3 5
ID 180, injektorová tryska Ø 4 mm, délka 180 mm [počet]	5
ID 200, injektorová tryska Ø 6 mm, délka 200 mm [počet]	5
ID 220, injektorová tryska Ø 6 mm, délka 220 mm [počet]	5
ID 240, injektorová tryska Ø 6 mm, délka 240 mm [počet]	5
Vyplachovací tryska pro dávkovač prášku [počet]	1