



HELAGO-CZ, s.r.o.  
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové  
oddíl C, vložka 17879  
Kladská 1082  
500 03 Hradec Králové 3  
IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961  
Tel: 495 220 229, 495 220 394  
GSM brána: 602 123 096  
E-mail: [info@helago-cz.cz](mailto:info@helago-cz.cz)  
Web: <http://www.helago-cz.cz>

---

**Miele vozík E 385**  
Objednací kód: **1201.MIE69538501**



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

- Vybaveno 16 injektorovými tryskami
- Vybaveno přípojkou pro horkovzdušné sušení
- Držák ML/2 pro autom. rozpoznání vozíku/kontrolu ostřík. ramena

## Podrobnosti o výrobku - E 385

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje/příslušenství	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktová kategorie	
Vozík s přípojkou pro horkovzdušné sušení	•
Vozík pro úzkohrdlé sklo	•
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Kapacita	
Úzkohrdlé sklo [počet]	16
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška v mm	502
Vnější rozměry, šířka v mm	535
Vnější rozměry, hloubka v mm	517
Hmotnost netto v kg	5,700
Dodávané příslušenství	
E 351 injektorová tryska Ø 4 mm, délka 160 mm [počet]	7
E 352 injektorová tryska Ø 6 mm, délka 220 mm [počet]	9
E 353 aretace pro injektorovou trysku E 351 [počet]	7
E 354 aretace pro injektorovou trysku E 352 [počet]	9
Vyplachovací tryska pro dávkovač prášku [počet]	1