



HELAGO-CZ, s.r.o.
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 17879
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové 3
IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961
Tel: 495 220 229, 495 220 394
GSM brána: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
Web: <http://www.helago-cz.cz>

BF 056 - Inkubátor s nucenou cirkulací

Objednací kód: **2103.90100313_P**



| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Cena bez DPH | 53.248,00 Kč |
| Cena s DPH | 64.430,08 Kč |
| Parametry | |
| Cirkulace | Nucená |
| Objem | 59 l |
| Teplotní rozsah | 7 °C nad okolní teplotou až 100 °C |
| Značka, Výrobce | Binder |
| Počet polic | 2 |
| Vnitřní rozměry (š×h×v) | 400 × 340 × 440 |
| Množstevní jednotka | ks |

Inkubátor s nucenou cirkulací s regulátorem a LCD displejem.

- Teplotní rozsah: RT+ 7 °C do 100 °C
- APT.line™ technologie
- Nucená cirkulace
- Regulátor s LCD displejem
- Elektromechanická kontrola klapky vystupujícího vzduchu
- Vnitřní skleněné dveře z bezpečnostního skla
- 2 pochromované rošty
- Tepelná ochrana tř. 3.1 s optickým alarmem
- USB port pro záznam dat

Inkubátor je nový, nepoužitý a plně funkční, má pouze poškozený (promáčknutý) vrchní plech vnějšího pláště. Vada je pouze estetická a na funkčnost přístroje nemá vliv.