



HELAGO-CZ, s.r.o.
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v
Hradci Králové
oddíl C, vložka 17879
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové 3
IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961
Tel: 495 220 229, 495 220 394
GSM brána: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
Web: http://www.helago-cz.cz

YC-75EL, Lednice laboratorní-farmaceutická

Objednací kód: **2203.YC75EL**



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Typ zařízení	Chladnička
Dveře	Plné
Popis_	3 police
Objem brutto	75 l
Tepl. rozsah v chlad. části	2-8°C
Množstevní jednotka	ks

Zvukové a vizuální alarmy pro vysoké a nízké teploty, alarm výpadku napájení, pootevřených dveří a alarm poruchy na teplotním čidle USB datalogger s dálkovým alarmovým kontaktem a rozhraním RS485 pro monitorovací systém Ventilátor uvnitř komory, který pracuje při zavřených dveřích, při otevření dveří se zastaví 2 teplotní čidla, v případě poruchy primárního, druhý záložní se okamžitě aktivuje Dveře vybaveny zámek zabraňujícím neoprávněnému otevření