



HELAGO-CZ, s.r.o.

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové

oddíl C, vložka 17879

Kladská 1082

500 03 Hradec Králové 3

IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961

Tel: 495 220 229, 495 220 394

GSM brána: 602 123 096

E-mail: info@helago-cz.cz

Web: <http://www.helago-cz.cz>

DW-HL398HC Nízkoteplotní laboratorní-medicínský dvoukompresorový
mrazák

Objednací kód: **2203.DWHL398**





Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Typ zařízení

Popis_

Objem brutto

Teplotní rozsah v mrazící části

Počet zásuvek

Mraznička

4 pojezdová kolečka

398 l

-40 až -86°C

3 police (4 vnitřní dveře)

Odmrazování	manuální
Chladivo	HC
Množstevní jednotka	ks

- Detailní popis

Dva kompresory, v případě poruchy jednoho může druhý udržovat stabilní teplotu na -70 °C. Digitální displej pro zobrazení různých provozních parametrů, teplota uvnitř skříně, napájecí napětí a teplota prostředí. Mikropočítačový systém řízení teploty Alarm vysoké/nízké teploty, otevřených dveří, výpadku elektrického napájení, poškozeného čidla, slabé baterie, špatného odvodu tepla z kondenzátoru, selhání systému atd. Zámek klávesnice a funkce ochrany heslem proti neautorizované úpravě provozních parametrů. Otočná rukojeť usnadňuje otevírání dveří.

Chcete stránku vytisknout?

Skrýt před tiskem nějaké části stránky.



Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.



Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)

Úprava stránky před tiskem

Najedte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.



Vytisknout!  Zobrazit vše